PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

# SAUTER CT 500-3P1

Shear beam af forniklet stål

DANSK



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Tyskland**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## ANVENDELSESEKSEMPEL



## EGENSKABER

- Anvendelsesområde: Vægt- samt trykkraftmålinger under barske omgivelsesforhold
- Egnet til platformsvægte, tragtvægte, nedfældede vægte og andre vejeanordninger



## VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Industri og produktion
- Kemisk industri
- Fødevarer og medicinalindustri
- Byggematerialeindustri
- Logistik og emballage

## PIKTOGRAMMER

Standard




Option




## MODELOVERSIGT

| Model | Vejeområde [Max] |
|---|---|
| CT 500-3P1 | 500 kg |
| CT 1000-3P1 | 1000 kg |
| CT 1500-3P1 | 1500 kg |
| CT 2500-3P1 | 2500 kg |
| CT 3000-3P1 | 3000 kg |
| CT 5000-3P1 | 5000 kg |
| CT 10000-3P1 | 10000 kg |

## TILBEHØR

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| CE P2012 | Stillefod CE P2012 |
| CE P3012 | Afstandsstykke CE P3012 |
| CE P4022 | Lasthjørne CE P4022 |
| CJ P2 | Samleboks CJ P2, tilslutningsmuligheder: 2, aluminium, |
| CJ P4 | Samleboks CJ P4, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP65 |
| CJ P4PG | Samleboks CJ P4PG, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, |
| CJ X467 | Samleboks CJ X467, tilslutningsmuligheder: 4, rustfrit stål, IP67 |
| CJ X468 | Samleboks CJ X468, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP68 |



## SERVICEYDELSER

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 963-263V | DAkkS-kalibreringscertifikat 963-263V (Kraftretning tryk \| Enhed måleresultat mV/V \| Kalibreringsprocedure DKD-R 3-3 - forløb A) |
| 965-413 | Samling af komponenter 965-413 (> 350 kg – 1500 kg) |
| 970-011 | Garantiforlængelse (+3 år) 970-011 |

# KERN piktogramoversigt

| | |
|---|---|
|  | Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 |
|  | Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage |
|  | Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag |
|  | DAkkS-kalibrering (DKD): Varigheden af DAkkS-kalibreringen i dage er angivet i piktogrammet. |
|  | ISO-kalibrering: Varigheden af ISO-kalibreringen i dage fremgår af piktogrammet. |