PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

05.09.2026

KERN MTA 400K-1M

Stabil vægt med stå-op-hjælp for en tryg fornemmelse ved vejning – med medicinsk godkendelse til professionel brug i medicinsk diagnostik, valgfrit med verifikation

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland


+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





ANVENDELSESEKSEMPEL





EGENSKABER

- Nøjagtighedsklasse III (verifikation valgfri)
- Medicinsk godkendelse iht. forordning (EU) 2017/745
- Ideel til plejehjem, geriatriske afdelinger, indremedicin med mere
- Den stabile holdekonstruktion giver skrøbelige og svage patienter både sikker stand og præcis vægtbestemmelse
- Stor trædeflade, for optimal stabilitet for patienten, hygiejnisk og let at rengøre
- Særligt let at træde op på platformen på grund af den lave bygningshøjde på kun 30 mm
- Libelle til nøjagtig nivellering af vægten som standard
- Hold-funktion: Ved urolige eller siddende patienter bestemmes en stabil vejeværdi via middelværdiberegning og »fastfryses«. Så er der tid nok til at tage sig af patienten og derefter i ro og mag vejeværdien aflæst
- Praktisk ekstra display på vægtens bagside, så det let kan aflæses af patienten og det medicinske personale
- BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
- Batteri- og netdrift mulig, akkudrift valgfri
- Beskyttelsesovertræk er inkluderet i leveringsomfanget

TEKNISKE DATA

- Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
- Mål vejeindikator B×D×H 200×55×128 mm
- Mål vejeflade B×D 600×600 mm
- Mål platform 780×680×68 mm
- Samlede mål B×D×H 780×680×1100 mm
- Batteridrift mulig, 6×1.5 V AA følger ikke med, driftstid op til 20 h
- Ekstern netadapter som standard
- Nettovægt ca. 42 kg

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Stationære institutioner
- Ambulante institutioner
- Senior- og plejehjem
- Rehabiliteringsinstitutioner
- Faciliteter for personer med handicap

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- I EU er verifikation (overensstemmelsesvurdering efter NAWI 2014/31/EU) lovpligtig for vægte, der er beregnet som medicinsk udstyr; bestil den venligst med angivelse af opstillingssted og postnummer.

PIKTOGRAMMER

Standard | Option | Factory



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Verif. interval [e]
MTA 400K-1M	300 kg; 400 kg	0,1 kg; 0,2 kg	0,1 kg; 0,2 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
AFH 13	Konverter RS232 til USB AFH 13
CFS-A01	RS-232 grænsefladekabel CFS-A01

Model	Beskrivelse
MBC-A08	Akku MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MPE-A01	Beskyttelsesovertræk MPE-A01
MPE-A01S05	Beskyttelsesovertræk MPE-A01S05, leveringsomfang 5 stk.
MYC-01	Alkoholfri desinfektionsservietter MYC-01
YKA-43	Netadapter YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Netadapter YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)
YKC-01	Termoprinter YKC-01
YKG-01	Dot-Matrix printer YKG-01
YKI-02	RS232-Bluetooth-adapter YKI-02
YKI-10	RS232-Ethernet-konverter YKI-10 (RS-232 som standard, Ethernet, RS-485)
YKI-11	RS232-Ethernet-konverter YKI-11 (Ethernet, RS-232 som standard - 2x)
YKI-12	RS232-WLAN-konverter YKI-12
YKT-01	Nålprinter YKT-01

SOFTWARE

Model	Beskrivelse
SCD-4.0-DL	Software SCD-4.0-DL (leveringsomfang: downloadlink til 1 licens)
SCD-4.0-DLS05	Software SCD-4.0-DLS05 (leveringsomfang: downloadlink til 5 licenser)
SCD-4.0-PRO-DL	Software SCD-4.0-PRO-DL (leveringsomfang: downloadlink til 1 licens)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (leveringsomfang: downloadlink til 5 licenser)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-230	Sikkerhedsteknisk kontrol (STK-protokol) KERN 961-230
961-250	Justering på opstillingsstedet 961-250 (ikke i forbindelse med verifikation)
963-130	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-130
965-130	Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-130
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-109	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-109

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Datagrænseflade RS-232: Til tilslutning af printer, pc eller andre eksterne enheder til dataoverførsel over større afstande. Netværk i bustopologi muligt
	Hold-funktion: Ved urolige stående, siddende eller liggende patienter beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Universalnetadapter: Med universalindgang og valgfrie indgangsstikadaptere til EU, CH, GB eller EU, CH, GB, US eller EU, CH, GB, US, AUS
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
	Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring varer to dage
	Akkumulatordrift: Genopladeligt sæt
	Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage

DANSK