PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

05.09.2026

KERN MBC 20K10EM

Smukt designet babyvægt med medicinsk godkendelse til professionel brug i medicinsk diagnostik, valgfrit med verifikation

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ANVENDELSESEKSEMPEL







EGENSKABER

- Nøjagtighedsklasse III (verifikation valgfri)
- Medicinsk godkendelse iht. forordning (EU) 2017/745
- Populær inden for pædiatri: den store liggeflade med sin optimale, ergonomiske rundning er ideel til sikker vejning af spædbørn
- Særlig funktion til neonatalafdelinger: Differensfunktion til beregning af vægtøgning før og efter fødeindtagelse (»ammefunktion«)
- Robust ABS-plast. Hygiejnisk og let at rengøre
- Sikker og skridsikker opstilling takket være gummifødder
- Hold-funktion: Ved urolige, liggende patienter beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse og »fastfrosset«. Så er der tid nok til at tage sig af den lille patient og derefter i ro og mag at få vejeværdien aflæst
- Identisk i konstruktion med MBC, men uden netadapter, særligt egnet til mobil brug, f.eks. for jordemødre

TEKNISKE DATA

- Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
- Mål liggeflade B×D 600×280 mm
- Samlede mål B×D×H 600×410×112 mm
- Samlede mål inkl. længdemåler B×D×H 920×480×175 mm
- Batteridrift, 6×1.5 V AA som standard, driftstid op til 20 h
- Nettovægt ca. 4,6 kg

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Stationære institutioner
- Ambulante institutioner
- Jordemødre
- Sundhedsmyndigheder
- Vuggestuer

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- I EU er verifikation (overensstemmelsesvurdering efter NAWI 2014/31/EU) lovpligtig for vægte, der er beregnet som medicinsk udstyr; bestil den venligst med angivelse af opstillingssted og postnummer.

PIKTOGRAMMER

Standard | Option | Factory



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Verif. interval [e]
MBC 15K2DEM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg
MBC 20K10EM	20 kg	0,01 kg	0,01 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
346-78	Kalibreringslod 346-78 (OIML-klasse M1, nominel værdi 20 kg, blok Eco, lakeret støbejern)
MBC-A01	Babylængdemåler MBC-A01
MBC-A02	Taske MBC-A02
MBC-A05	Fod-/hovedanslag MBC-A05
MBC-A06	Beskyttelsesovertræk MBC-A06
MBC-A06S05	Beskyttelsesovertræk MBC-A06S05, leveringsomfang 5 stk.
MBC-A08	Akku MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MYC-01	Alkoholfri desinfektionsservietter MYC-01
YKA-43	Netadapter YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Netadapter YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-230	Sikkerhedsteknisk kontrol (STK-protokol) KERN 961-230
961-248	Justering på opstillingsstedet 961-248 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-128	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-128

Model	Beskrivelse
965-128.	Verifikation / overensstemmelsesvurdering efter NAWI (2014/31/EU) 965-128.
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-016	Garantiforlængelse (+3 år) 970-016

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN piktogramoversigt

	Hold-funktion: Ved urolige stående, siddende eller liggende patienter beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
1 DAY	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Akkumulatordrift: Genopladeligt sæt
	Universalnetadapter: Med universalindgang og valgfrie indgangsstikadaptere til EU, CH, GB eller EU, CH, GB, US eller EU, CH, GB, US, AUS
M	Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage
CE 0297	Produktet opfylder de gældende EU-krav

DANSK