PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

KERN 347-137-100-N00

Bærestang (Newton), 50 N, rustfrit stål, finmekanisk drejet

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- til påsætning af slidslodder
- En præcis underdrejning i den nederste ende af bærestangen sørger for, at slidslodderne ligger sikkert an. Denne konstruktion forhindrer, at lodderne glider, og sikrer stabilitet selv ved let skråstilling

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- Kompatibel med alle slidslodder/bærestænger af type B

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



TILBEHØR

Model	Beskrivelse
317-280	Handsker 317-280 (bomuld, 1 par)
317-290	Handsker 317-290 (læder, bomuld, 1 par)
347-037-N00	Kalibreringslod 347-037-N00 (nominel værdi 5 cN, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-047-N00	Kalibreringslod 347-047-N00 (nominel værdi 10 cN, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-057-N00	Kalibreringslod 347-057-N00 (nominel værdi 20 cN, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-067-N00	Kalibreringslod 347-067-N00 (nominel værdi 50 cN, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-077-N00	Kalibreringslod 347-077-N00 (nominel værdi 1 N, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-087-N00	Kalibreringslod 347-087-N00 (nominel værdi 2 N, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-097-N00	Kalibreringslod 347-097-N00 (nominel værdi 5 N, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-117-N00	Kalibreringslod 347-117-N00 (nominel værdi 10 N, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-127-N00	Kalibreringslod 347-127-N00 (nominel værdi 20 N, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-137-N00	Kalibreringslod 347-137-N00 (nominel værdi 50 N, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)
347-147-N00	Kalibreringslod 347-147-N00 (nominel værdi 100 N, slidslod (type B), finmekanisk drejet rustfrit stål)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
920-350	Mærkning med lasergravering (individuel mærkning) KERN 920-350
920-351	Mærkning af kalibreringslodder (sidste cifre i serienummeret) KERN 920-351
962-643N	DAkkS-kalibreringscertifikat 962-643N
962-643RN	DAkkS-genkalibrering 962-643RN

KERN piktogramoversigt



Pakkeforsendelse med kurér: Den interne produktklargøring tager seks dage



Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage