PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

KERN 328-22

Milligramlodsæt, F1, 1 mg - 500 mg, plade, poleret rustfrit stål, i plastetui

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- Til dette lod anbefaler vi på grund af den meget nøjagtige lodklasse absolut et etui. Et udvalg finder du i afsnittet Tilbehør

PIKTOGRAMMER

Standard | Option

1 DAY | DAkkS

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
315-242	Pincetter 315-242 (polyamid | 100 mm)
315-243	Pincetter 315-243 (rustfrit stål | 105 mm)
315-247	Pincetter 315-247 (rustfrit stål, plast | 136 mm)
317-009-600	Lodetui i aluminium 317-009-600 (til nominelle værdier 1 mg - 500 mg (enkeltvis) | til klasserne E1 - M3 | til udførelse brøkgram)
318-270	Pensel 318-270
328-01	Kalibreringslod 328-01 (OIML-klasse F1, nominel værdi 1 mg, plade, poleret rustfrit stål)
328-02	Kalibreringslod 328-02 (OIML-klasse F1, nominel værdi 2 mg, plade, poleret rustfrit stål)
328-03	Kalibreringslod 328-03 (OIML-klasse F1, nominel værdi 5 mg, plade, poleret rustfrit stål)
328-04	Kalibreringslod 328-04 (OIML-klasse F1, nominel værdi 10 mg, plade, poleret rustfrit stål)
328-05	Kalibreringslod 328-05 (OIML-klasse F1, nominel værdi 20 mg, plade, poleret rustfrit stål)
328-06	Kalibreringslod 328-06 (OIML-klasse F1, nominel værdi 50 mg, plade, poleret rustfrit stål)
328-07	Kalibreringslod 328-07 (OIML-klasse F1, nominel værdi 100 mg, plade, poleret rustfrit stål)
328-08	Kalibreringslod 328-08 (OIML-klasse F1, nominel værdi 200 mg, plade, poleret rustfrit stål)
328-09	Kalibreringslod 328-09 (OIML-klasse F1, nominel værdi 500 mg, plade, poleret rustfrit stål)

Model	Beskrivelse
328-222-420	Lodetui 328-222-420 (til nominelle værdier 1 mg - 5 g | til klasserne E1 - M2 | til udførelse knop/ Kompakt)
338-090-200	Lodetui i træ 338-090-200 (til nominelle værdier 1 mg - 500 mg (enkeltvis) | til klasserne E1 - M2 | til udførelse knop/kompakt)
347-009-400	Lodetui i plast 347-009-400 (til nominelle værdier 1 mg - 500 mg (enkeltvis) | til klasserne E1 - M2 | til udførelse knop/kompakt)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
920-701	Mærkning (sidste cifre i serienummeret) KERN 920-701
962-450	DAkkS-kalibreringscertifikat 962-450
962-450R	DAkkS-genkalibrering 962-450R

KERN piktogramoversigt



Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag



Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage