PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

07.08.2026

KERN CM 150-1N

Lommevægt med integreret lommeregner

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Enkel og praktisk betjening med 4 taster
- Klaplåg som tryk- og støvbeskyttelse
- Robust, håndterlig, godt beskyttet
- Integreret lommeregner

TEKNISKE DATA

- LCD-display, cifferhøjde 12 mm
- Klar til brug: batterier inkluderet, 2×1.5 V AAA, driftstid op til 33 h
- Mål vejeflade, plast, B×D 70×80 mm
- Samlede mål B×D×H 85×130×25 mm
- Nettovægt ca. 0,20 kg
- Tilladt omgivelsestemperatur 5 °C/35 °C

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Smykke- og ædelmetalprøvning
- Laboratorier
- Uddannelse
- Skoler
- Samlere af f.eks. mønter og ædelstene
- Fødevarer og krydderier

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Reproducerbarhed	Linearitet	Mål Vejeflade
CM 60-2N	60 g	0,01 g	0,02 g	± 0,03 g	70×80 mm
CM 150-1N	150 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70×80 mm
CM 320-1N	320 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70×80 mm

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Reproducerbarhed	Linearitet	Mål Vejeflade
CM 1K1N	1000 g	1 g	1 g	± 2 g	70×80 mm

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
315-407-404	Safety Set 315-407-404, inkluderede lodder 10 g (M1); 100 g (M1)
366-91	Kalibreringslod 366-91 (OIML-klasse M3, nominel værdi 100 g, cylinder, lakeret støbejern)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-247	Justering på opstillingsstedet 961-247 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-127	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-127
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-011	Garantiforlængelse (+3 år) 970-011

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage

DANSK